

Протокол
об итогах тендера по закупке медицинской техники для подведомственных
организаций на 2018 год «АОБ2»

конференц-зал (2 этаж)

15 ч. 00 мин. «9» октября 2018 года

Организатор закупок - ГУ Управление здравоохранения Акмолинской области
Акмолинская область город Кокшетау ул. Сатпаева 1 А

Тендерная комиссия в составе:

Кисикова С.Д.	Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области председатель конкурсной комиссии
Абишев Б.К.	Заместитель руководителя управления здравоохранения Акмолинской области, заместитель председателя конкурсной комиссии

Члены тендерной комиссии

Бишораева Т.С.	Заместитель руководителя управления здравоохранения Акмолинской области
Садукенов А.И.	руководитель отдела государственных закупок и материально-технического оборудования управления здравоохранения Акмолинской области;
Баймагамбетов Р.Б.	руководитель отдела юридической и организационной работы, государственных услуг;
Нурмагамбетова Р.М.	руководитель отдела финансирования, учета и отчетности;
Мукушева А.Е.	руководитель отдела экономики, планирования, бюджетных программ и реализации проектов ГЧП

Секретарь тендерной комиссии - Какенов О.М. главный специалист отдела государственных закупок и материально-технического оборудования управления здравоохранения Акмолинской области.

2 октября 2018 года в 15-00 часов в конференц-зале на 2 этаже, расположенного по адресу: г. Кокшетау, ул. Сатпаева, 1, произвели процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными поставщиками по закупке медицинской техники для ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница № 2» на 2018 год.

Тендер проводится согласно Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила).



1. Сумма, выделенная по лоту:

№ лота	Наименование оборудования	количество	Выделенная сумма, в тенге
1	Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса	5	за единицу 21 497 092,00 на сумму 107 485 460,00
2	Кувез	2	за единицу 9 800 000,00 на сумму 19 600 000,00
3	Транспортный инкубатор с встроенным аппаратом ИВЛ (Инкубатор интенсивной терапии новорожденных)	1	20 000 000,00
4	Система острого диализа	2	за единицу 16 907 000,00 на сумму 33 814 000,00
5	Установка фототерапевтическая	3	За единицу 783 000,00 На сумму 2 349 000,00
6	Открытый реанимационный стол	3	3 168 630,00 9 505 890,00
Общая сумма конкурса составляет 192 754 350 тенге.			

От потенциальных поставщиков заявок о разъяснении тендерной документации не поступало.

2. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки в установленные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время предоставления заявок
1	ТОО «AZ Медикал»	г. Костанай, ул. Дулатова 267	26.09.18 г. 14 часов 39 минут.
2	ТОО «Юникс Мед»	г. Алматы, ул. Коперника 124	28.09.18 г. 11 часов 16 минут.
3	ТОО «ОрдаМед Астана»	г. Астана, ул. Бейбітшілік 25/219	28.09.18 г. 14 часов 44 минут.
4	ТОО «Центр Медторг»	г. Алматы, ул. Кунаева, 162/2	28.09.18 г. 14 часов 48 минут.
5	ТОО «Сапа Мед Астана»	г. Астана, ул. Жубанова 23/1	01.10.18 г. 9 часов 48 минут.
6	ТОО «Zein Invest»	г. Астана, ул. Байтурсынова 3, блок В1, НП4	01.10.18 г. 10 часов 15 минут.
7	ТОО «Фирма «МедСистем»	г. Алматы, микрорайон Достык, ул. Пионерская дом 61	01.10.18 г. 11 часов 20 минут.
8	ТОО «Медикус Евразия»	г. Алматы, Алмалинский	02.10.18 г. 11 часов

Директор ООО «МедСистем» А.А.А.

		район, ул. Наурызбай батыра, 17	5 минут.
9	ТОО «Glebus Medical»	г. Алматы, ул. Баишева 3-а, офис 15	02.10.18 г. 11 часов 15 минут.
10	ТОО «KazMedEquipment»	г. Астана, ул. Сыганак 25, 6 этаж, ВП-6	02.10.18 г. 11 часов 35 минут.
11	ТОО «Комфорт Лайт»	г. Кокшетау, ул. Абая 114/18	02.10.18 г. 12 часов 15 минут.

3. Ценовые предложения по закупу медицинской техники для подведомственных организаций на 2018 год оглашены всем присутствующим при вскрытии конвертов.

Таблица цен представленных потенциальными поставщиками.

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Номер лота и цены поставщиков по лотам					
		№ 1 Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса в количестве 5 ед.	№ 2 Кувез в количестве 2 ед.	№ 3 Транс-Транс-портный инкубатор с встроенным аппаратом ИВЛ.	№ 4 Система острого диализа в количестве 2 ед.	№ 5 Установка фототерапевтическая в количестве 3 ед.	№ 6 Открытый реанимационный стол в количестве 3 ед.
1	ТОО «Юникс Мед»			19 300 000			2 600 000 7 800 000
2	ТОО «Сапа Мед Астана»					640 000 1 920 000	
3	ТОО «Zein Invest»	21 450 000 107 250 000					
4	ТОО «ОрдаМед Астана»	18 500 000 92 500 000	3 990 000 7 980 000			696 900 2 090 700	
5	ТОО «KazMedEquipment»	17 599 998 87 999 990					
6	ТОО «Комфорт Лайт»	18 103 103 90 515 515	8 757 492 17 514 984			606 606 1 819 818	2 222 103 6 666 309
7	ТОО «Фирма «МедСистем»	21 450 000 107 250 000					
8	ТОО «Медикус Евразия»	20 800 000 104 000 000					
9	ТОО «AZ Медикал»				16 900 000 33 800 000		
10	ТОО «Glebus Medical»				16 080 000 32 160 000		
11	ТОО «Центр Медторг»		9 300 000 18 600 000				

Тендерная комиссия при рассмотрении тендерных заявок также исходила из следующих критериев оценки и сопоставления тендерных заявок:

- 1) Оптимального и эффективного расходования денежных средств, используемых для закупок;
- 2) Предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупок;
- 3) Добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;

Берг Улут Зина, Насен

- 4) Гласности и прозрачности процесса закупок:
- 5) Поддержки отечественных товаропроизводителей:
- 6) Поддержка предпринимательской инициативы:

4. Отклонены тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков:

№ лота	Наименование потенциального поставщика	Причина отклонения
Лот № 1	ТОО «Орда Мед Астана»	<p>В соответствии с пунктом 81 правил утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку потенциального поставщика по следующим основаниям:</p> <p>1. Тендерная заявка ТОО «Орда Мед Астана» по лоту №1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса» отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно подпункта 12 пункта 81 Правил и подпункта 12 пункта 51 Тендерной документации, т.е. представления поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации.</p> <p>- Отсутствует в аппарате CAELUS – управление флуометрами только на дисплее аппарата, что снижает надежность при работе с аппаратом.</p> <p>- Отсутствует центральный тормоз в аппарате CAELUS ухудшает эргономические показатели наркозного аппарата, надежность фиксации аппарата в определенном месте в операционной, снижает безопасность пациента. (заявленные требования Центральный тормоз на все колеса, предоставлено поставщиком, Ролики: Диаметр 12.4 см (4.9 дюймов); Тормоза 4 ролика/ не соответствие)</p> <p>- Нет данных по разъем графического адаптера VGA. Тем самым ухудшает</p>

Бек Нурт Бек Аман

возможность предоставления информации для медицинского персонала о пациенте

- Нет данных о настройках параметров системы, подразумевает ввод данных пациента: Возраст, Идеальная масса тела, TV для идеальной массы тела. Отсутствует в аппарате CAELUS, отсутствие возможности ввода идеальной массы тела не позволяет рассчитывать параметры вентиляции легких с учетом идеальной массы тела пациента – повышает риск вентиллятор – ассоциированного повреждения легких во время проведения анестезии.

- Нет данных по объёму канистры абсорбера CO₂ легко заменяемая, автоклавируемая, емкость, гр., 1150. Представленная информация CO₂-абсорбер, включая многоразовый контейнер что не соответствует заявленным требованиям.

- Нет данных о наличие конденсатора для удаления влаги из системы, образующейся в результате реакции газа CO₂ с абсорбентом.

- Нет данных о датчики потока, которые должны быть расположены в верхней части дыхательной системы. В конструкцию датчика входят вертикальные обратные клапаны, которые предотвращают попадание воды в отверстие для вдоха и направляют всю влагу непосредственно в канистру со стороны выдоха, тем самым защищая чувствительный элемент. Представленная поставщиком спецификация, где данная конструкция датчиков потока отсутствует у CAELUS, меньший ресурс службы датчиков потока, увеличение расходов на эксплуатацию.

- Нет данных о вентиляции с поддержкой давлением, с поддержкой при остановке дыхания (PSVPro). От-

Red Юрий Бир, А.В. Ли

		<p>существование данного режима снижает возможности обеспечения должной минутной вентиляции при проведении вентиляции во вспомогательном режиме ИВЛ.</p>
<p>Лот №1</p>	<p>ТОО «Комфорт Лайт»</p>	<p>В соответствии с пунктом 81 правил утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку потенциального поставщика по следующим основаниям:</p> <p>Тендерная заявка ТОО «ТОО «Комфорт Лайт» по лоту №1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса» отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно подпункта 12 пункта 81 Правил и подпункта 12 пункта 51 Тендерной документации, т.е. представления поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Не соответствует технической спецификации электронная система защиты пациента от гипоксии; номинальный минимум 25% концентрации кислорода в смеси O2/ N2O. Представленная информация о механической защите от гипоксии, содержание кислорода в воздушно-газовой смеси не менее 21%. Наличие механического смесителя газов предполагает наличие механической системы защиты от гипоксии. - Нет данных о ручках для транспортировки аппарата. - Не соответствует разъем последовательного порта RS-232 с поддержкой функции включения/перевода в режим ожидания. - Нет данных порта USB. - Нет данных о разъемах графическо-

Дед Юрий Борисович

го адаптера, должен быть VGA.

- Нет данных о настройках параметров системы, подразумевающий ввод данных пациента: Возраст, Идеальная масса тела, TV для идеальной массы тела

- Не соответствует дисплей 12 дюймов – ухудшает восприятие медперсоналом информации на дисплее наркозного аппарата, снижает время реакции медперсонала на изменение в клинической ситуации, понижает безопасность пациента.

- Нет данных о длине кабеля электропитания, не менее, м., 5.

- Нет данных об аккумуляторе, внутренняя, перезаряжаемая батарея для поддержания работы вентилятора в стандартных условиях, мин., не менее 90.

- Не соответствует емкость абсорбера 1,5 л.(1500 гр.)– увеличивает общий объем дыхательного контура аппарата, снижает управляемость анестезии, понижает безопасность пациента.

- Нет данных о смене абсорбента CO₂ без разгерметизации контура.

- отсутствует режим, который снижает возможности обеспечения должной минутной вентиляции при проведении вентиляции во вспомогательном режиме ИВЛ с контролем вдоха по давлению.

- Отсутствует возможность предотвращения попадания анестетика в атмосферу операционной при дисконнекции контура, например при проведении санации трахеи.

- Не соответствует пиковое давление на вдохе, см вод ст., (Р_{макс}) не хуже 12-100. Потенциальный поставщик предоставляет ограничение давления 10-100 см H₂O.

- Нет данных об отображении МАК_{возраст}.

Dear Yuriy Zinich, Alex

<p>Лот № 1</p>	<p>ТОО «Zein Invest»</p>	<p>В соответствии с пунктом 81 правил утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку потенциального поставщика по следующим основаниям:</p> <p>1. Тендерная заявка ТОО «ТОО «Zein Invest»» по лоту №1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса» отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно подпункта 12 пункта 81 Правил и подпункта 12 пункта 51 Тендерной документации, т.е. представления поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации.</p> <p>- В комплектации отсутствует испаритель для изофлюрана</p>
<p>Лот № 1</p>	<p>«KazMedEquipment»</p>	<p>В соответствии с пунктом 81 правил утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку потенциального поставщика по следующим основаниям:</p> <p>1. Тендерная заявка ТОО ««KazMedEquipment» по лоту № 1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса» отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно подпункта 12 пункта 81 Правил и подпункта 12 пункта 51 Тендерной документации, т.е. представления поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной</p>

Вит. Юрий Били, Астана

		<p>документации.</p> <p>Предоставленная потенциальным поставщиком техническая спецификация, а именно техническая часть заявки должна содержать более точные технические характеристики в соответствии с подпунктом 1 пункта 24 тендерной документации.</p> <p>- Не соответствует дисплей 10,4 дюймов не соответствует разрешение 800х 600 – ухудшает восприятие медперсоналом информации на дисплее наркозного аппарата, снижает время реакции медперсонала на изменение в клинической ситуации, понижает безопасность пациента. Отсутствует описание характеристик дисплея. Нет описания настройки системы отображающихся на экране, аппаратных клавиш и регуляторов.</p>
Лот № 5	ТОО «Комфорт Лайт»	<p>В соответствии с пунктом 81 правил утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку потенциального поставщика по следующим основаниям:</p> <p>1. Тендерная заявка ТОО «Комфорт Лайт» по лоту №5 «Установка фототерапевтическая» отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно подпункта 12 пункта 81 Правил и подпункта 12 пункта 51 Тендерной документации, т.е. представления поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации. Согласно экспертного заключения.</p> <p>- По уровню шума, превышает заявленные параметры (в место 45 дицибел заявлено 60 дицибел)</p>

Дир. Юрий Борисов

--	--	--

По лоту №1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса» тендерные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Фирма Мед Систем», ТОО «Медикус Евразия» соответствует требованиям предусмотренных Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, а также тендерной документации.

По лоту № 2 «Кувез» тендерные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Орда Мед Астана», ТОО «Комфорт Лайт», ТОО «Центр Медторг» соответствует требованиям предусмотренных Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, а также тендерной документации.

По лоту № 3 «Транспортный инкубатор с встроенным аппаратом ИВЛ» тендерные заявки потенциального поставщика ТОО «Юникс Мед» соответствует требованиям предусмотренных Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, а также тендерной документации.

По лоту № 4 «Система острого диализа в количестве» тендерные заявки потенциальных поставщиков ТОО «AZ Медикал» ТОО «Glebus Medical» соответствует требованиям предусмотренных Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, а также тендерной документации.

По лоту № 5 «Установка фототерапевтическая» тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «Сапа Мед Астана», ТОО «ОрдаМед Астана» соответствует требованиям предусмотренных Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, а также тендерной документации.

По лоту № 6 «Открытый реанимационный стол» тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «Комфорт Лайт», ТОО «Юникс Мед» соответствует требованиям предусмотренных Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, а также тендерной документации.

5. Экспертные заключения прилагаются к Протоколу об итогах

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления заявок путем открытого голосования **РЕШИЛА:**

Признать тендер по лоту № 1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса» состоявшимся в соответствии с пунктом 85 Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729. Победитель тендера определен на основе наименьшей цены.

Признать выигравшей заявку следующего участника тендера:

1) ТОО «Медикус Евразия» г. Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, 17 по лоту № 1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса», с ценовым предложением – **за единицу 20 800 000 на сумму 104 000 000 тенге.**

Признать вторым по предпочтению предложения следующего потенциального поставщика после побидителя тендера:

1) ТОО «Фирма Мед Систем г. Алматы, микрорайон Достык, ул. Пионерская дом 61 лот № 1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса», с ценовым предложением **за единицу 21 450 000 на сумму 107 250 000 тенге.**

Признать тендер по лоту № 2 «Кувез» состоявшимся в соответствии с пунктом 85 Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октяб-

Зияр Нурит Басал

ря 2009 года № 1729. Победитель тендера определен на основе наименьшей цены.

Признать выигравшей заявку следующего участника тендера:

1) ТОО «Орда Мед Астана» г. Астана, ул. Бейбітшілік 25/219 по лоту № 2 «Кувез», с ценовым предложением – за единицу 3 990 000 на сумму 7 980 000 тенге.

Признать вторым по предпочтению предложения следующего потенциального поставщика после побидителя тендера:

1) ТОО «Комфорт Лайт» г. Кокшетау, ул. Абая 114/18 по лоту № 2 «Кувез», с ценовым предложением – за единицу 8 757 492 тенге на сумму 17 514 984 тенге.

Признать тендер по лоту № 3 «Транспортный инкубатор с встроенным аппаратом ИВЛ» не состоявшимся в соответствии с подпунктом 4 пункта 84 Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, допущен только один потенциальный поставщик.

ТОО «Юникс Мед» г. Алматы, ул. Коперника 124 с ценовым предложением 19 300 000 тенге.

Признать тендер по лоту № 4 «Система острого диализа» состоявшимся в соответствии с пунктом 85 Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729. Победитель тендера определен на основе наименьшей цены.

Признать выигравшей заявку следующего участника тендера:

1) ТОО «» ТОО «Glebus Medical» г. Алматы, ул. Баишева 3-а, офис 15 по лоту № 4 «Система острого диализа», с ценовым предложением – за единицу 16 080 000 на сумму 32 160 000 тенге.

Признать вторым по предпочтению предложения следующего потенциального поставщика после побидителя тендера:

1) ТОО «AZ Медикал» г. Костанай, ул. Дулатова 267 по лоту № 4 «Система острого диализа», с ценовым предложением – за единицу 16 900 000 тенге на сумму 33 800 000 тенге.

Признать тендер по лоту № 5 «Установка фототерапевтическая» состоявшимся в соответствии с пунктом 85 Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729. Победитель тендера определен на основе наименьшей цены.

Признать выигравшей заявку следующего участника тендера:

1) ТОО «Сапа Мед Астана» г. Астана, ул. Жубанова 23/1 по лоту № 5 «Установка фототерапевтическая», с ценовым предложением – за единицу 640 000 тенге на сумму 1 920 000 тенге.

Признать вторым по предпочтению предложения следующего потенциального поставщика после побидителя тендера:

1) ТОО «Орда Мед Астана» г. Астана, ул. Бейбітшілік 25/219 по лоту № 5 «Установка фототерапевтическая», с ценовым предложением – за единицу 696 900 тенге на сумму 2 090 700 тенге.

Признать тендер по лоту № 6 «Открытый реанимационный стол» состоявшимся в соответствии с пунктом 85 Правил утвержденных постановлением Правительства

Директор ТОО «Орда Мед Астана»

РК от 30 октября 2009 года № 1729. Победитель тендера определен на основе наименьшей цены.

Признать выигравшей заявку следующего участника тендера:

1) ТОО «Комфорт Лайт» г. Кокшетау, ул. Абая 114/18 по лоту № 6 «Открытый реанимационный стол», с ценовым предложением – за единицу **2 222 103 тенге на сумму 6 666 309 тенге.**

Признать вторым по предпочтению предложения следующего потенциального поставщика после побидителя тендера:

1) ТОО «Юникс Мед» г. Алматы, ул. Коперника 124 по лоту № 6 «Открытый реанимационный стол», с ценовым предложением -- за единицу **2 600 000 тенге на сумму 7 800 000 тенге.**

Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе организатора закупа. Организатор закупа в течение трех календарных дней со дня подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию товаров победителя.

Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения

За данное решение проголосовало «за» 7 членов комиссии,
«против» 0 членов комиссии.

Кисикова С.Д.

Абишев Б.К.

Бишораева Т.С.

Садукедов А.И.

Баймагамбетов Р.Б.

Нурмагамбетова Р.М.

Мукушева А.Е.

Секретарь комиссии

Какенов О.М.