

Протокол
об итогах тендера по закупке медицинской техники для подведомственных
организаций на 2018 год (Атбасар)

конференц-зал (2 этаж)

15 ч. 00 мин. « 8 » октября 2018 года

Организатор закупок - ГУ Управление здравоохранения Акмолинской области
Акмолинская область город Кокшетау ул. Сатпаева 1 А

Тендерная комиссия в составе:

Кисикова С.Д.	Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области
Абишев Б.К.	председатель конкурсной комиссии Заместитель руководителя управления здравоохранения Акмолинской области, заместитель председателя конкурсной комиссии

Члены тендерной комиссии

Бишораева Т.С	Заместитель руководителя управления здравоохранения Акмолинской области
Садукенов А.И.	руководитель отдела государственных закупок и материально-технического оборудования управления здравоохранения Акмолинской области;
Баймагамбетов Р.Б.	руководитель отдела юридической и организационной работы, государственных услуг;
Нурмагамбетова Р.М.	руководитель отдела финансирования, учета и отчетности;
Мукушева А.Е.	руководитель отдела экономики, планирования, бюджетных программ и реализации проектов ГЧП

Секретарь тендерной комиссии - Какенов О.М. главный специалист отдела государственных закупок и материально-технического оборудования управления здравоохранения Акмолинской области.

1 октября 2018 года в 15-00 часов в конференц-зале на 2 этаже, расположенного по адресу: г. Кокшетау, ул. Сатпаева, 1, произвели процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными поставщиками по закупке медицинской техники для Атбасарская ММБ на 2018 год.

Тендер проводится согласно Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила).



Сумма, выделенная по лоту:

№ лота	Наименование оборудования	количество	Выделенная сумма, в тенге
1	Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса	1	21 497 092,00
2	Обогреватель медицинский детский	1	3 000 000,00
3	Инкубатор интенсивной терапии новорожденных с весами	2	За единицу 5 325 000,00 На сумму 10 650 000,00
4	Оборудование для аудиологического скрининга	1	2 500 000,00
5	Установка фототерапевтическая	3	За единицу 783 000,00 На сумму 2 349 000,00
Общая сумма конкурса составляет 39 996 092,00 тенге.			

От потенциальных поставщиков заявок о разъяснении тендерной документации не поступало.

2. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки в установленные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время предоставления заявок
1	ТОО «Юникс Мед»	г. Алматы, ул. Коперника 124	28.09.18 г. 11 часов 11 минут.
2	ТОО «Сапа Мед Астана»	г. Астана, ул. Жубанова 23/1	01.10.18 г. 9 часов 43 минут.
3	ТОО «Zein Invest»	г. Астана, ул. Байтурсынова 3, блок В1, НП4	01.10.18 г. 10 часов 6 минут.
4	ТОО ОрдаМед Караганда»	г. Караганда, пр-т Бухар-Жырау, 49/6	01.10.18 г. 10 часов 20 минут.
5	ТОО «KazMedEquipment»	г. Астана, ул. Сыганак 25, 6 этаж, ВП-6	01.10.18 г. 10 часов 22 минут.
6	ТОО «Комфорт Лайт»	г. Кокшетау, ул. Абая 114/18	01.10.18 г. 11 часов 00 минут.
7	ТОО «Фирма «МедСистем»	г. Алматы, микрорайон Достык, ул. Пионерская дом 61	01.10.18 г. 11 часов 15 минут.
8	ТОО «Медикус Евразия»	г. Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, 17	01.10.18 г. 11 часов 25 минут.

Директор ООО «Медикус Евразия»

3. Ценовые предложения по закупу медицинской техники для подведомственных организаций на 2018 год оглашены всем присутствующим при вскрытии конвертов.

Таблица цен представленных потенциальными поставщиками.

№ п\п	Наименование потенциальных поставщиков	Номер лота и цены поставщиков по лотам				
		№ 1 Наркотно-дыхательный аппарат высокого класса	№ 2 Обогреватель медицинский детский	№ 3 Инкубатор интенсивной терапии новорожденных с весами	№ 4 Оборудование для аудиологического скрининга	№ 5 Установка фототерапевтическая
1	ТОО «Юникс Мед»			5 100 000 10 200 000		
2	ТОО «Сапа Мед Астана»					640 000 1 920 000
3	ТОО «Zein Invest»	21 450 000				
4	ТОО «Орда Мед Караганда»	18 500 000	2 850 000	3990 000 7 980 000		696 900 2 090 700
5	ТОО «KazMedEquipment»	18 399 998				
6	ТОО «Комфорт Лайт»	19 492 103	2 222 898	4 363 636 8 727 272	2 499 987	727 103 2 181 309
7	ТОО «Фирма «МедСистем»	21 450 000				
8	ТОО «Медикус Евразия»	21 400 000				

4. Тендерная комиссия при рассмотрении тендерных заявок также исходила из следующих критериев оценки и сопоставления тендерных заявок:

- 1) Оптимального и эффективного расходования денежных средств, используемых для закупок;
- 2) Предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупок;
- 3) Добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;
- 4) Гласности и прозрачности процесса закупок;
- 5) Поддержки отечественных товаропроизводителей;
- 6) Поддержка предпринимательской инициативы;

5. Отклонены тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков:

Дар Улурт Бас Неме

№ лота	Наименование потенциального поставщика	Причина отклонения
Лот № 1	ТОО «Орда Мед Караганда»	<p>В соответствии с пунктом 81 правил утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку потенциального поставщика по следующим основаниям:</p> <p>1. Тендерная заявка ТОО «Орда Мед Караганда» по лоту №1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса» отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно подпункта 12 пункта 81 Правил и подпункта 12 пункта 51 Тендерной документации, т.е. представления поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отсутствует в аппарате CAELUS – управление флуометрами только на дисплее аппарата, что снижает надежность при работе с аппаратом. - Отсутствует центральный тормоз в аппарате CAELUS ухудшает эргономические показатели наркозного аппарата, надежность фиксации аппарата в определенном месте в операционной, снижает безопасность пациента. (заявленные требования Центральный тормоз на все колеса, предоставлено поставщиком, Ролики: Диаметр 12.4 см (4.9 дюймов); Тормоза 4 ролика/ не соответствие) - Нет данных по разъем графического адаптера VGA. Тем самым ухудшает возможность предоставления информации для медицинского персонала о пациенте - Нет данных о настройках параметров системы, подразумевает ввод

Зурри Бек Нурсултан

данных пациента: Возраст, Идеальная масса тела, TV для идеальной массы тела. Отсутствует в аппарате CAELUS, отсутствие возможности ввода идеальной массы тела не позволяет рассчитывать параметры вентиляции легких с учетом идеальной массы тела пациента – повышает риск вентилятор – ассоциированного повреждения легких во время проведения анестезии.

- Нет данных по объёму канистры абсорбера CO₂ легко заменяемая, автоклавируемая, емкость, гр., 1150. Представленная информация CO₂-абсорбер, включая многоразовый контейнер что не соответствует заявленным требованиям.

- Нет данных о наличие конденсатора для удаления влаги из системы, образующейся в результате реакции газа CO₂ с абсорбентом.

- Нет данных о датчики потока, которые должны быть расположены в верхней части дыхательной системы. В конструкцию датчика входят вертикальные обратные клапаны, которые предотвращают попадание воды в отверстие для вдоха и направляют всю влагу непосредственно в канистру со стороны выдоха, тем самым защищая чувствительный элемент. Представленная поставщиком спецификация, где данная конструкция датчиков потока отсутствует у CAELUS, меньший ресурс службы датчиков потока, увеличение расходов на эксплуатацию.

- Нет данных о вентиляции с поддержкой давлением, с поддержкой при остановке дыхания (PSVPro). Отсутствие данного режима снижает возможности обеспечения должной минутной вентиляции при проведении вентиляции во вспомогательном режиме ИВЛ.

Директор ООО "Беларусь-Мед" В.А. Каленчук

<p>Лот № 1</p>	<p>ТОО «Комфорт Лайт»</p>	<p>В соответствии с пунктом 81 правил утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку потенциального поставщика по следующим основаниям:</p> <p>Тендерная заявка ТОО «ТОО «Комфорт Лайт» по лоту №1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса» отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно подпункта 12 пункта 81 Правил и подпункта 12 пункта 51 Тендерной документации, т.е. представления поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Не соответствует технической спецификации электронная система защиты пациента от гипоксии; номинальный минимум 25% концентрации кислорода в смеси O₂/ N₂O. Представленная информация о механической защите от гипоксии, содержание кислорода в воздушно-газовой смеси не менее 21%. Наличие механического смесителя газов предполагает наличие механической системы защиты от гипоксии. - Нет данных о ручках для транспортировки аппарата. - Не соответствует разъем последовательного порта RS-232 с поддержкой функции включения/перевода в режим ожидания. - Нет данных порта USB. - Нет данных о разъемах графического адаптера, должен быть VGA. - Нет данных о настройках параметров системы, подразумевающий ввод данных пациента: Возраст, Идеальная масса тела, TV для идеальной массы
--------------------	---------------------------	---

Дир. Юрий Бибис Асенов

		<p>тела</p> <ul style="list-style-type: none"> - Не соответствует дисплей 12 дюймов – ухудшает восприятие медперсоналом информации на дисплее наркозного аппарата, снижает время реакции медперсонала на изменение в клинической ситуации, понижает безопасность пациента. - Нет данных о длине кабеля электропитания, не менее, м., 5. - Нет данных об аккумуляторе, внутреннего, перезаряжаемая батарея для поддержания работы вентилятора в стандартных условиях, мин., не менее 90. - Не соответствует емкость абсорбера 1,5 л.(1500 гр.)– увеличивает общий объем дыхательного контура аппарата, снижает управляемость анестезии, понижает безопасность пациента. - Нет данных о смене абсорбента CO₂ без разгерметизации контура. - отсутствует режим, который снижает возможности обеспечения должной минутной вентиляции при проведении вентиляции во вспомогательном режиме ИВЛ с контролем вдоха по давлению. - Отсутствует возможность предотвращения попадания анестетика в атмосферу операционной при дисконнекции контура, например при проведении санации трахеи. - Не соответствует пиковое давление на вдохе, см вод ст., (Р_{макс}) не хуже 12-100. Потенциальный поставщик предоставляет ограничение давления 10-100 см H₂O. - Нет данных об отображении МАК_{возраст}.
--	--	---

Ведущий врач анестезиологии

<p>Лот № 1</p>	<p>ТОО «Zein Invest»</p>	<p>В соответствии с пунктом 81 правил утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку потенциального поставщика по следующим основаниям:</p> <p>1. Тендерная заявка ТОО «ТОО «Zein Invest»» по лоту №1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса» отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно подпункта 12 пункта 81 Правил и подпункта 12 пункта 51 Тендерной документации, т.е. представления поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации.</p> <p>- В комплектации отсутствует испаритель для изофлюрана</p>
<p>Лот № 1</p>	<p>«KazMedEquipment»</p>	<p>В соответствии с пунктом 81 правил утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку потенциального поставщика по следующим основаниям:</p> <p>1. Тендерная заявка ТОО ««KazMedEquipment» по лоту № 1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса» отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно подпункта 12 пункта 81 Правил и подпункта 12 пункта 51 Тендерной документации, т.е. представления поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной</p>

Директор ООО «Zein Invest»

		<p>документации.</p> <p>Предоставленная потенциальным поставщиком техническая спецификация, а именно техническая часть заявки должна содержать более точные технические характеристики в соответствии с подпунктом 1 пункта 24 тендерной документации.</p> <p>- Не соответствует дисплей 10,4 дюймов не соответствует разрешение 800x 600 – ухудшает восприятие медперсоналом информации на дисплее наркозного аппарата, снижает время реакции медперсонала на изменение в клинической ситуации, понижает безопасность пациента. Отсутствует описание характеристик дисплея. Нет описания настройки системы отображающихся на экране, аппаратных клавиш и регуляторов.</p>
Лот № 5	ТОО «Комфорт Лайт»	<p>В соответствии с пунктом 81 правил утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку потенциального поставщика по следующим основаниям:</p> <p>1. Тендерная заявка ТОО «Комфорт Лайт» по лоту №5 «Установка фототерапевтическая» отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно подпункта 12 пункта 81 Правил и подпункта 12 пункта 51 Тендерной документации, т.е. представления поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации. Согласно экспертного заключения.</p> <p>- По уровню шума, превышает заявленные параметры (в место 45 дицибел заявлено 60 дицибел)</p>

Qesep Jyryt Bulak Abalym

--	--	--

По лоту №1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса» тендерные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Фирма Мед Систем», ТОО «Медикус Евразия» соответствует требованиям предусмотренных Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, а также тендерной документации.

По лоту № 2 «Обогреватель медицинский детский» тендерные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Орда Мед Караганда», ТОО «Комфорт Лайт» соответствует требованиям предусмотренных Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, а также тендерной документации.

По лоту № 3 «Инкубатор интенсивной терапии новорожденных с весами» тендерные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Юникс Мед», ТОО «Орда Мед Караганда», ТОО «Комфорт Лайт» соответствует требованиям предусмотренных Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, а также тендерной документации.

По лоту № 4 «Оборудование для аудиологического скрининга» тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «Комфорт Лайт» соответствует требованиям предусмотренных Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, а также тендерной документации.

По лоту № 5 «Установка фототерапевтическая» тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «Сапа Мед Астана», ТОО «ОрдаМед Караганда» соответствует требованиям предусмотренных Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, а также тендерной документации.

6. Экспертные заключения прилагаются к Протоколу об итогах

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления заявок путем открытого голосования **РЕШИЛА:**

Признать тендер по лоту № 1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса» состоявшимся в соответствии с пунктом 85 Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729. Победитель тендера определен на основе наименьшей цены.


Признать выигравшей заявку следующего участника тендера:

1 ТОО «Медикус Евразия» г. Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, 17 по лоту № 1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса», с ценовым предложением – **21 400 000 тенге.**

Признать вторым по предпочтению предложения следующего потенциального поставщика после побидителя тендера:

1) ТОО« Фирма Мед Систем» г. Алматы, микрорайон Достык, ул. Пионерская дом 61 по лоту № 1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса», с ценовым предложением – **21 450 000 тенге.**

Признать тендер по лоту № 2 «Обогреватель медицинский детский» состоявшимся в соответствии с пунктом 85 Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729. Победитель тендера определен на основе наименьшей цены.



Признать выигравшей заявку следующего участника тендера:

1) ТОО «Комфорт Лайт» г. Кокшетау, ул. Абая 114/18 по лоту № 2 «Обогреватель медицинский детский», с ценовым предложением – **2 222 898 тенге.**

Признать вторым по предпочтению предложения следующего потенциального поставщика после побидителя тендера:

1) ТОО «Орда Мед Караганда» г. Караганда, пр-т Бухар-Жырау, 49/6 по лоту № 2 «Обогреватель медицинский детский», с ценовым предложением – **2 850 000 тенге.**

Признать тендер по лоту № 3 «Инкубатор интенсивной терапии новорожденных с весами» состоявшимся в соответствии с пунктом 85 Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729. Победитель тендера определен на основе наименьшей цены.

Признать выигравшей заявку следующего участника тендера:

1) ТОО «Орда Мед Караганда» г. Караганда, пр-т Бухар-Жырау, 49/6 по лоту № 3 «Инкубатор интенсивной терапии новорожденных с весами», с ценовым предложением – **за единицу 3 990 000 тенге на сумму 7 980 000 тенге.**

Признать вторым по предпочтению предложения следующего потенциального поставщика после побидителя тендера:

1) ТОО «Комфорт Лайт» г. Кокшетау, ул. Абая 114/18 по лоту № 3 «Инкубатор интенсивной терапии новорожденных с весами», с ценовым предложением – **за единицу 4 363 636 тенге на сумму 8 727 272 тенге.**

Признать тендер по лоту № 4 «Оборудование для аудиологического скрининга» не состоявшимся в соответствии с подпунктом 4 пункта 84 Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, допущен только один потенциальный поставщик.

ТОО «Комфорт Лайт» г. Кокшетау, ул. Абая 114/18, с ценовым предложением – **2 499 987 тенге.**

Признать тендер по лоту № 5 «Установка фототерапевтическая» состоявшимся в соответствии с пунктом 85 Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729. Победитель тендера определен на основе наименьшей цены.

Признать выигравшей заявку следующего участника тендера:

1) ТОО «Сапа Мед Астана» г. Астана, ул. Жубанова 23/1 по лоту № 5 «Установка фототерапевтическая», с ценовым предложением – **за единицу 640 000 тенге на сумму 1 920 000 тенге.**

Признать вторым по предпочтению предложения следующего потенциального поставщика после побидителя тендера:

1) ТОО «Орда Мед Караганда» г. Караганда, пр-т Бухар-Жырау, 49/6 по лоту № 5 «Установка фототерапевтическая», с ценовым предложением – **за единицу 696 900 на сумму 2 090 700 тенге.**

Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе организатора закупа. Организатор закупа в течение трех календарных дней со дня подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию товаров победителя.

Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному

поставщику подписанный договор закупа, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения

За данное решение проголосовало «за» 7 членов комиссии,
«против» 0 членов комиссии.

Кисикова С.Д.

Абишев Б.К.

Бишораева Т.С.

Садукенов А.И.

Баймагамбетов Р.Б.

Нурмагамбетова Р.М.

Мукушева А.Е.

Секретарь комиссии

Какенов О.М.