

**Протокол**  
**об итогах тендера по закупке медицинской техники для подведомственных**  
**организаций на 2018 год**

конференц-зал (2 этаж)

11 ч. 00 мин. «10» октября 2018 года

Организатор закупок - ГУ Управление здравоохранения Акмолинской области  
Акмолинская область город Кокшетау ул. Сатпаева 1 А

**Тендерная комиссия в составе:**

Кисикова С.Д.	Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области
Абишев Б.К.	председатель конкурсной комиссии Заместитель руководителя управления здравоохранения Акмолинской области, заместитель председателя конкурсной комиссии

**Члены тендерной комиссии**

Бишораева Т.С	И.о. заместитель руководителя управления здравоохранения Акмолинской области
Садукенов А.И.	руководителя отдела государственных закупок и материально-технического оборудования управления здравоохранения Акмолинской области;
Баймагамбетов Р.Б.	руководитель отдела юридической и организационной работы, государственных услуг;
Нурмагамбетова Р.М.	руководитель отдела финансирования, учета и отчетности;
Мукушева А.Е.	руководитель отдела экономики, планирования, бюджетных программ и реализации проектов ГЧП

**Секретарь тендерной комиссии** - Какенов О.М. главный специалист отдела государственных закупок и материально-технического оборудования управления здравоохранения Акмолинской области.

3 октября 2018 года в 15-00 часов в конференц-зале на 2 этаже, расположенного по адресу: г. Кокшетау, ул. Сатпаева, 1, произвели процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными поставщиками по закупке медицинской техники для ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» на 2018 год.

Тендер проводится согласно Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплат-



ной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила).

**Сумма, выделенная по лоту:**

№ лота	Наименование оборудования	количество	Выделенная сумма, в тенге
1	инкубатор интенсивной терапии	1	5 000 000,00
2	Вентилятор для интенсивной терапии	1	15 964 000,00
3	Наркозно-дыхательный аппарат-рабочее место анестезиолога в комплекте	1	16 956 000,00
4	Набор инструментов для остеосинтеза	1	6 190 342,00
5	система внешней фиксации	1	5 200 000,00
6	Аппарат ультразвуковой диагностики	1	43 706 959,00
Общая сумма конкурса составляет <b>93 017 301,00</b> тенге.			

От потенциальных поставщиков заявок о разъяснении тендерной документации не поступало.

2. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки в установленные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время предоставления заявок
1	ТОО «Фирма «МедСистем»	г. Алматы, микрорайон Достык, ул. Пионерская дом 61	02.10.18 г. 10 часов 15 минут.
2	ТОО MedIntelCompany	г. Павлодар, ул. Пахомова 104/8	02.10.2018 16 часов 55 минут
3	ИП Gro Max	г. Кокшетау, ул.Акана Серэ 206 кабинет 10.	03.10.18 г. 11 часов 20 минут.
4	ТОО ОрдаМед Караганда»	г. Караганда, пр-т Бухар-Жырау, 49/6	03.10.18 г. 11 часов 30 минут.
5	ТОО «Медикус Евразия»	г. Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай	03.10.18 г. 11 часов 45 минут

*Директор ТОО «МедСистем»*

		батыра, 17	
6	ТОО «Комфорт Лайт»	г. Кокшетау, ул. Абая 114/18	03.10.18 г. 12 часов 35 минут.

3. Ценовые предложения по закупу фармацевтических услуг по по закупу медицинской техники для подведомственных организаций на 2018 год оглашены всем присутствующим при вскрытии конвертов.

Таблица цен представленных потенциальными поставщиками. **Таблица цен представленная потенциальными поставщиками**

№ л о т а	Наименование потенциальных поставщиков	Номер лота и цены поставщиков по лотам					
		№ 1 инкубатор интенсивной терапии	№ 2 Вентилятор для интенсивной терапии	№ 3 Наркотно-дыхательный аппарат- рабочее место анестезиолога в комплекте	№ 4 Набор инструментов для остеосинтеза	№ 5 система внешней фиксации	№ 6 Аппарат ультразвуковой диагностики
1	ТОО «Орда Мед Караганда»	3 990 000	14 300 000	14 500 000			
2	ТОО «Комфорт Лайт»	4 989 555	14 102 103				40 444 492
3	ТОО «Фирма«Мед Систем»		14 000 000				42 500 000
4	ТОО «Медикус Евразия»		15 200 000				41 100 000
5	ИП «Gro Max»		13 962 500				42 888 333
6	ТОО «MedIntelCompany»		11 200 850		4 835 800		

4. Тендерная комиссия при рассмотрении тендерных заявок также исходила из следующих критериев оценки и сопоставления тендерных заявок:

- 1) Оптимального и эффективного расходования денежных средств, используемых для закупок:





- 2) Предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупок:
- 3) Добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков:
- 4) Гласности и прозрачности процесса закупок:
- 5) Поддержки отечественных товаропроизводителей:
- 6) Поддержка предпринимательской инициативы:

5. Отклонены тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков:

№ лота	Наименование потенциального поставщика	Причина отклонения
Лот № 2	ИП «Gro Max»	<p>В соответствии с пунктом 81 правил утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку потенциального поставщика по следующим основаниям:</p> <p>1. Тендерная заявка ИП «Gro Max» по лоту №2 «Вентилятор для интенсивной терапии» отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно подпункта 12 пункта 81 Правил и подпункта 12 пункта 51 Тендерной документации, т.е. представления поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации. Согласно экспертного заключения.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отсутствует режима автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции (ASV), основанного на учете динамики состояния легочной механики (податливость, сопротивление) и параметров собственного дыхания пациентов.</li> <li>- Отсутствует функции интеллектуального мониторинга с графической визуализацией основных показателей, отражающих в реальном времени процесс вентиляции, состояния респираторной механики, степени участия пациента/аппарата, уровня респираторного комфорта, визуального отображе-</li> </ul>

*Д. Хусейн* *А. Бек* *А. Бек* *А. Бек*

		ния состояния легочной механики в виде изображения картины легких.
Лот № 2	ТОО «MedIntel company»	<p>В соответствии с пунктом 81 правил утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку потенциального поставщика по следующим основаниям:</p> <p>1. Тендерная заявка ТОО «MedIntel company» по лоту № 2 «Вентилятор для интенсивной терапии» отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно подпункта 12 пункта 81 Правил и подпункта 12 пункта 51 Тендерной документации, т.е. представления поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации. Согласно экспертного заключения.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нет встроенной УФ лампы для дезинфекции воды в постоянном режиме</li> <li>- нет коннектора для дезинфекции баков и контуров.</li> </ul>
Лот № 2	ТОО «Комфорт Лайт»	<p>В соответствии с пунктом 81 правил утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку потенциального поставщика по следующим основаниям:</p> <p>1. Тендерная заявка ТОО «Комфорт Лайт» по лоту №2 «Вентилятор для интенсивной терапии» отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно подпункта 12 пункта 81 Правил и подпункта 12 пункта 51 Тендерной документации, т.е. представления поставщиком технической спецификации, не</p>

*Директор ТОО «Комфорт Лайт»*

		<p>ражения на экране должны быть представлены показатели комплайенса, резистанса, данных пациента. При появлении спонтанных вдохов, под легкими, вначале инициированного пациентом вдоха, должно появляться изображение диафрагмы.</p>
<p><b>Лот №4</b></p>	<p>ТОО «MedIntel Company»</p>	<p>В соответствии с пунктом 81 правил утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку потенциального поставщика по следующим основаниям:</p> <p>1. Тендерная заявка ТОО «ТОО «MedIntel Company» по лоту № 4 «Набор инструментов для остеосинтеза» отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно подпункта 12 пункта 81 Правил и подпункта 12 пункта 51 Тендерной документации, т.е. представления поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации. Согласно экспертного заключения.</p> <p>1. Предложенная техническая спецификация не содержит точных технических характеристик в соответствии с подпунктом 1 пункт 24 тендерной документации и 1 подпункта пункта 65 Правил.</p> <p>2. Не представлено описание материала из которого изготовлены импланты в соответствии с международными стандартами.</p> <p>3. Имеется несоответствие с предложенным по списку ИМН:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № 32 Пластина Т образная 7 отверстий L-132; предложено Пластина Т образная 7 отверстий L-134.</li> <li>- № 33 Пластина Т образная 8</li> </ul>

*Handwritten signature and text in blue ink at the bottom of the page.*

		<p>отверстий L-148; предложено Пластина Т образная 8 отверстий L-152.</p> <p>- № 41 Пластина «Лист клевера» 5 отверстий L-103; предложено Пластина «Лист клевера» 5 отверстий L-120.</p> <p>- № 42 Пластина «Лист клевера» 6 отверстий L-118; предложено Пластина «Лист клевера» 6 отверстий L-136.</p> <p>- № 43 Пластина «Лист клевера» 7 отверстий L-133; предложено Пластина «Лист клевера» 7 отверстий L-152.</p> <p>- № 62, 63, 64 Пластина V образная 6 отверстий, 7 отверстий, 8 отверстий не представлены.</p> <p>- № 65-70 Пластины Y образные не представлены.</p> <p>- № 71-73 Пластина прямая с ограниченным контактом не соответствует предложенной технической спецификации.</p> <p>- № 74-77 Пластина реконструктивная прямая не соответствует предложенной технической спецификации.</p>
Лот №6	ИП «Gro Max»	<p>В соответствии с пунктом 81 правил утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку потенциального поставщика по следующим основаниям:</p> <p>1. Тендерная заявка ИП «Gro Max» по лоту № 6 «Аппарат ультразвуковой диагностики» отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно подпункта 12 пункта 81 Правил и подпункта 12 пункта 51 Тендерной документации, т.е. представления поставщиком</p>

*Директор ИП Gro Max*



	<p>технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации. Согласно экспертного заключения.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- меньший размер монитора (требуемая-15,6 дюйма, предлагаемая 15 дюймов)</li><li>- нет указания на сенсорный Монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения.</li><li>- нет указания на количество оттенков цвета.</li><li>- габаритные размеры и масса не соответствует.</li><li>- заявленное количество портов USB не менее 4х, в предлагаемой модели имеется 2.</li><li>- нет черно-белого принтера для распечатки УЗ изображений.</li><li>- не указаны возможности автоматического создания отчетов с включением в отчеты изображений с редактировкой отчетов.</li><li>- нет указания продолжительности работы на энергии аккумулятора без подзарядки не менее 60 мин. С дополнительным аккумуляторным блоком до 4 часов. Портативная система должна работать от аккумулятора экстренных случаях.</li><li>- нет указания на скорости. Максимальная регистрируемая скорость в CW- и PW-доплерах имеет большое значение при диагностике пороков сердца.</li><li>- Не соответствует секторный фазированный датчик 2-4 МГц. Нет указания на угол сканирования и контактную поверхность, данные параметры имеют большое значение в качестве получаемого изображения.</li><li>- не указан диапазон частот датчиков с размерами контактной поверхности.</li><li>- не указаны возможности автоматического создания отчетов с включением в отчеты изображений с редактировкой</li></ul>
--	--

*Подпись и печать*



		<p>отчетов.</p> <p>Нет в наличии устройство для стерилизации, хранения и тестирования взрослого или детского чреспищеводного датчика настенного крепления.</p>
Лот №6	ТОО «Комфорт Лайт»	<p>В соответствии с пунктом 81 правил утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку потенциального поставщика по следующим основаниям:</p> <p>1. Тендерная заявка ТОО «Комфорт Лайт» по лоту № 6 «Аппарат ультразвуковой диагностики» отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно подпункта 12 пункта 81 Правил и подпункта 12 пункта 51 Тендерной документации, т.е. представления поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации. Согласно экспертного заключения.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- меньший размер монитора (требуемая-15,6дюйма, предлагаемая 15 дюймов)</li> <li>- нет указания на сенсорный Монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения.</li> <li>- нет указания на количество оттенков цвета.</li> <li>- габаритные размеры и масса не соответствует.</li> <li>- заявленное количество портов USB не менее 4х, в предлагаемой модели имеется 2.</li> <li>- нет указании продолжительности работы на энергии аккумулятора без подзарядки не менее 60 мин. С дополнительным аккумуляторным блоком до 4 часов. Портативная система должна</li> </ul>






		<p>работать от аккумулятора экстренных случаях.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- требования к встроенному жесткому диску объем не менее 250 Гб, в предлагаемой модели жесткий диск 80 Гб.</li> <li>- заявлено устройство для стерилизации, хранения и тестирования чреспищеводного датчика, в предлагаемой модели нет в наличии.</li> <li>- нет указания на скорости. Максимальная регистрируемая скорость в CW- и PW-доплерах имеет большое значение при диагностике пороков сердца.</li> <li>- не соответствует секторный фазированный датчик 2-4 МГц. Нет указания на угол сканирования и контактную поверхность, данные параметры имеют большое значение в качестве получаемого изображения.</li> </ul> <p>Нет в наличии устройство для стерилизации, хранения и тестирования взрослого или детского чреспищеводного датчика настенного крепления.</p>
--	--	--

**По лоту №1** «Инкубатор интенсивной терапии» тендерные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Орда Мед Караганда», ТОО «Комфорт Лайт» соответствует требованиям предусмотренных Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, а также тендерной документации.

**По лоту № 2** «Вентилятор для интенсивной терапии» тендерные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Медикус Евразия», ТОО «Медсистем», ТОО «ОрдаМед Караганда» соответствует требованиям предусмотренных Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, а также тендерной документации.

**По лоту № 3** «Наркозно-дыхательный аппарат-рабочее место анестезиолога в комплекте» тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «ОрдаМед Караганда» соответствует требованиям предусмотренных Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, а также тендерной документации.

**По лоту № 6** «Аппарат ультразвуковой диагностики» тендерные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Медикус Евразия», ТОО «Медсистем» соответствует требованиям предусмотренных Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, а также тендерной документации.

6. Экспертное заключение прилагается к Протоколу об итогах



Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления заявок путем открытого голосования **РЕШИЛА:**

**Признать тендер по лоту № 1 «Инкубатор интенсивной терапии»** состоявшимся в соответствии с пунктом 85 Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729. Победитель тендера определен на основе наименьшей цены.

Признать выигравшей заявку следующего участника тендера:

1) ТОО «Орда Мед Караганда» г. Караганда, пр-т Бухар-Жырау, 49/6 по лоту № 1 «Инкубатор интенсивной терапии», **с ценовым предложением – 3 990 000 тенге.**

Признать вторым по предпочтению предложения следующего потенциального поставщика после побидителя тендера:

1) ТОО «Комфорт Лайт» г. Кокшетау, ул. Абая 114/18 по лоту № 1 «Инкубатор интенсивной терапии», **с ценовым предложением – 4 989 555 тенге.**

**Признать тендер по лоту № 2 «Вентилятор для интенсивной терапии»** состоявшимся в соответствии с пунктом 85 Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729. Победитель тендера определен на основе наименьшей цены.

Признать выигравшей заявку следующего участника тендера:

1) ТОО «ТОО «Фирма «МедСистем»» г. Алматы, микрорайон Достык, ул. Пионерская дом 61 по лоту № 2 «Вентилятор для интенсивной терапии», **с ценовым предложением – 14 000 000 тенге.**

Признать вторым по предпочтению предложения следующего потенциального поставщика после побидителя тендера:

1) ТОО «Орда Мед Караганда» г. Караганда, пр-т Бухар-Жырау, 49/6 по лоту № 2 «Вентилятор для интенсивной терапии», **с ценовым предложением – 14 300 000 тенге.**

**Признать тендер по лоту № 3 «Наркозно-дыхательный аппарат-рабочее место анестезиолога в комплекте»** не состоявшимся в соответствии с подпунктом 4 пункта 84 Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, допущен только один потенциальный поставщик.

ТОО «Орда Мед Караганда» г. Караганда, пр-т Бухар-Жырау, 49/6, **с ценовым предложением – 14 500 000 тенге.**

**Признать тендер по лоту № 4 «Набор инструментов для остеосинтеза»** не состоявшимся в соответствии с подпунктом 3 пункта 84 Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, не допущен ни один потенциальный поставщик.

**Признать тендер по лоту № 5 «система внешней фиксации»** не состоявшимся в соответствии с подпунктом 1 пункта 84 Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, отсутствия представленных тендерных заявок.

**Признать тендер по лоту № 6 «Аппарат ультразвуковой диагностики»** состоявшимся в соответствии с пунктом 85 Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729. Победитель тендера определен на основе наименьшей цены.

Признать выигравшей заявку следующего участника тендера:



1 ТОО «Фирма «Медикус евразия» г. Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, 17 по лоту № 6 «Аппарат ультразвуковой диагностики», с ценовым предложением – 41 100 000 тенге

Признать вторым по предпочтению предложения следующего потенциального поставщика после победителя тендера:

1) ) ТОО «Фирма «МедСистем»» г. Алматы, микрорайон Достык, ул. Пионерская дом 61 по лоту № 6 «Аппарат ультразвуковой диагностики», с ценовым предложением – 42 500 000 тенге.

Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе организатора закупа. Организатор закупа в течение трех календарных дней со дня подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию товаров победителя.

Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения

За данное решение проголосовало «за» 6 членов комиссии,  
«против» 0 членов комиссии.

Кисикова С.Д.

Абишев Б.К.

Бишораева Т.С.

Садуkenов А.И.

Баймагамбетов Р.Б.

Нурмагамбетова Р.М.

Мукушева А.Е.

Секретарь комиссии

Какенов О.М.