

Протокол
об итогах тендера по закупу медицинской техники для подведомственных организаций на 2018 год(Степногорск)

конференц-зал (2 этаж)

15 ч. 00 мин. « 10 » октября 2018 го-

да

Организатор закупок - ГУ Управление здравоохранения Акмолинской области
Акмолинская область город Кокшетау ул.Сатпаева 1 А

Тендерная комиссия в составе:

Кисикова С.Д.	Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области председатель конкурсной комиссии
Абишев Б.К.	Заместитель руководителя управления здравоохранения Акмолинской области, заместитель председателя конкурсной комиссии

Члены тендерной комиссии

Бишораева Т.С	Заместитель руководителя управления здравоохранения Акмолинской области
Садукенов А.И.	руководитель отдела государственных закупок и материально-технического оборудования управления здравоохранения Акмолинской области;
Баймагамбетов Р.Б.	руководитель отдела юридической и организационной работы, государственных услуг;
Нурмагамбетова Р.М.	руководитель отдела финансирования, учета и отчетности;
Мукушева А.Е.	руководитель отдела экономики, планирования, бюджетных программ и реализации проектов ГЧП

Секретарь тендерной комиссии - Какенов О.М. главный специалист отдела государственных закупок и материально-технического оборудования управления здравоохранения Акмолинской области.

3 октября 2018 года в 15-30 часов в конференц-зале на 2 этаже, расположенного по адресу: г. Кокшетау, ул. Сатпаева, 1, произвели процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными поставщиками по закупу медицинской техники для ГКП на ПХВ Степногорской ЦГБ на 2018 год.

Тендер проводится согласно Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила).



Сумма, выделенная по лоту:

№ лота	Наименование оборудования	количество	Выделенная сумма, в тенге
1	Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса	2	За единицу 21 497 092,00 На сумму 42 994 184,00
2	Установка фототерапевтическая	3	За единицу 783 000,00 На сумму 2 349 000,00
3	Комплект ларингоскопа с клинками	3	За единицу 390 000,00 На сумму 1 170 000,00
4	Кресло - каталка	4	За единицу 114 600,00 На сумму 458 400,00
5	Каталка	5	За единицу 217 400,00 На сумму 1 087 000,00
Общая сумма конкурса составляет 48 058 584,00 тенге.			

От потенциальных поставщиков заявок о разъяснении тендерной документации не поступало.

2. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки в установленные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время предоставления заявок
1	ТОО «Сапа Мед Астана»	г. Астана, ул. Жубанова 23/1	01.10.18 г. 9 часов 50 минут.
2	ТОО «Zein Invest»	г. Астана, ул. Байтурсынова 3, блок В1, НП4	01.10.18 г. 10 часов 15 минут.
3	ТОО «ЛПУ Снаб»	г.Костанай, ул. Ш.Шаяхметова, д.146	02.10.18 г. 9 часов 50 минут.
4	ТОО «Фирма «МедСистем»	г. Алматы, микрорайон Достык, ул. Пионерская дом 61	02.10.18 г. 10 часов 10 минут.
5	ТОО «KazMedEquipment»	г. Астана, ул.Сыганак 25, 6 этаж, ВП-6	03.10.18 г. 11 часов 00 минут.
6	ИП «Gro MAX»	г. Кокшетау, ул.Акана Серэ, 206, кабинет 10	03.10.18 г. 11 часов 15 минут.
7	ТОО ОрдаМед Караганда»	г. Караганда, пр-т Бухар-Жырау, 49/6	03.10.18 г. 11 часов 25 минут.

Дед *Хурд* *Станд* *Нобели*

8	ТОО «Медикус Евразия»	г. Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, 17	03.10.18 г. 11 часов 40 минут.
9	ТОО «Комфорт Лайт»	г. Кокшетау, ул. Абая 114/18	03.10.18 г. 12 часов 30 минут.

3. Ценовые предложения по закупке медицинской техники для подведомственных организаций на 2018 год оглашены всем присутствующим при вскрытии конвертов.

Таблица цен представленных потенциальными поставщиками.

№ п\п	Наименование потенциальных поставщиков	Номер лота и цены поставщиков по лотам				
		№ 1 Наркозно-дыхательный аппарат высокого класса	№ 2 Установка фототерапевтическая	№ 3 Комплект Ларингоскопа с клинками	№ 4 Кресло-каталка	№ 5 Каталка
1	ТОО «ЛПУ Снаб»			384 000 1 152 000		214 129 1 070 645
2	ТОО «Сапа Мед Астана»		640 000 1 920 000			
3	ТОО «Zein Invest»	21 450 000 42 900 000				
4	ТОО ОрдаМед Караганда»	18 303 000 36 606 000	585 500 1 756 500			
5	ТОО «Комфорт Лайт»	19 787 492 39 574 984	555 640 1 666 920	313 515 940 545	94 404 377 616	201 201 1 006 005
6	ТОО «Фирма «МедСистем»	21 450 000 42 900 000				
7	ТОО «Медикус Евразия»	20 800 000 41 600 000				
8	ИП «Gro MAX»	21 300 000 42 600 000				199 800 999 000
9	ТОО «KazMedEquipment»	17 299 998 34 599 996				

4. Тендерная комиссия при рассмотрении тендерных заявок также исходила из следующих критериев оценки и сопоставления тендерных заявок:

- 1) Оптимального и эффективного расходования денежных средств, используемых для закупок;
- 2) Предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупок;
- 3) Добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;
- 4) Гласности и прозрачности процесса закупок;
- 5) Поддержки отечественных товаропроизводителей;

Handwritten signatures in blue ink.

6) Поддержка предпринимательской инициативы:

5. Отклонены тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков:

№ лота	Наименование потенциального поставщика	Причина отклонения
Лот № 1	ТОО «Орда Мед Караганда»	<p>В соответствии с пунктом 81 правил утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку потенциального поставщика по следующим основаниям:</p> <p>1. Тендерная заявка ТОО «Орда Мед Караганда» по лоту №1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса» отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно подпункта 12 пункта 81 Правил и подпункта 12 пункта 51 Тендерной документации, т.е. представления поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации.</p> <p>- Отсутствует в аппарате CAELUS – управление флуометрами только на дисплее аппарата, что снижает надежность при работе с аппаратом.</p> <p>- Отсутствует центральный тормоз в аппарате CAELUS ухудшает эргономические показатели наркозного аппарата, надежность фиксации аппарата в определенном месте в операционной, снижает безопасность пациента. (заявленные требования Центральный тормоз на все колеса, предоставлено поставщиком, Ролики: Диаметр 12.4 см (4.9 дюймов); Тормоза 4 ролика/ не соответствие)</p> <p>- Нет данных по разъем графического адаптера VGA. Тем самым ухудшает возможность предоставления информации для медицинского персонала о</p>

Директор ООО «Орда Мед Караганда»

пациенте

- Нет данных о настройках параметров системы, подразумевает ввод данных пациента: Возраст, Идеальная масса тела, TV для идеальной массы тела. Отсутствует в аппарате CAELUS, отсутствие возможности ввода идеальной массы тела не позволяет рассчитывать параметры вентиляции легких с учетом идеальной массы тела пациента – повышает риск вентилятор – ассоциированного повреждения легких во время проведения анестезии.

- Нет данных по объёму канистры абсорбера CO₂ легко заменяемая, автоклавируемая, емкость, гр., 1150. Представленная информация CO₂-абсорбер, включая многоцветный контейнер что не соответствует заявленным требованиям.

- Нет данных о наличие конденсатора для удаления влаги из системы, образующейся в результате реакции газа CO₂ с абсорбентом.

- Нет данных о датчики потока, которые должны быть расположены в верхней части дыхательной системы. В конструкцию датчика входят вертикальные обратные клапаны, которые предотвращают попадание воды в отверстие для вдоха и направляют всю влагу непосредственно в канистру со стороны выдоха, тем самым защищая чувствительный элемент. Представленная поставщиком спецификация, где данная конструкция датчиков потока отсутствует у CAELUS, меньший ресурс службы датчиков потока, увеличение расходов на эксплуатацию.

- Нет данных о вентиляция с поддержкой давлением, с поддержкой при остановке дыхания (PSVPro). Отсутствие данного режима снижает возможности обеспечения должной

Иван Гурт Витал Абел, ИТ

Лот № 1	ТОО «Комфорт Лайт»	<p>минутной вентиляции при проведении вентиляции во вспомогательном режиме ИВЛ.</p>
		<p>В соответствии с пунктом 81 правил утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку потенциального поставщика по следующим основаниям:</p> <p>Тендерная заявка ТОО «ТОО «Комфорт Лайт» по лоту №1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса» отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно подпункта 12 пункта 81 Правил и подпункта 12 пункта 51 Тендерной документации, т.е. представления поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Не соответствует технической спецификации электронная система защиты пациента от гипоксии; номинальный минимум 25% концентрации кислорода в смеси O₂/ N₂O. Представленная информация о механической защите от гипоксии, содержание кислорода в воздушно-газовой смеси не менее 21%. Наличие механического смесителя газов предполагает наличие механической системы защиты от гипоксии. - Нет данных о ручках для транспортировки аппарата. - Не соответствует разъем последовательного порта RS-232 с поддержкой функции включения/перевода в режим ожидания. - Нет данных порта USB. - Нет данных о разъемах графического адаптера, должен быть VGA. - Нет данных о настройках парамет-

Handwritten signature in blue ink: Руслан Жумаев

ров системы, подразумевающий ввод данных пациента: Возраст, Идеальная масса тела, TV для идеальной массы тела

- Не соответствует дисплей 12 дюймов – ухудшает восприятие медперсоналом информации на дисплее наркозного аппарата, снижает время реакции медперсонала на изменение в клинической ситуации, понижает безопасность пациента.

- Нет данных о длине кабеля электропитания, не менее, м., 5.

- Нет данных об аккумуляторе, внутренняя, перезаряжаемая батарея для поддержания работы вентилятора в стандартных условиях, мин., не менее 90.

- Не соответствует емкость абсорбера 1,5 л.(1500 гр.)– увеличивает общий объем дыхательного контура аппарата, снижает управляемость анестезии, понижает безопасность пациента.

- Нет данных о смене абсорбента CO₂ без разгерметизации контура.

- отсутствует режим, который снижает возможности обеспечения должной минутной вентиляции при проведении вентиляции во вспомогательном режиме ИВЛ с контролем вдоха по давлению.

- Отсутствует возможность предотвращения попадания анестетика в атмосферу операционной при дисконнекции контура, например при проведении санации трахеи.

- Не соответствует пиковое давление на вдохе, см вод ст., (P_{макс}) не хуже 12-100. Потенциальный поставщик предоставляет ограничение давления 10-100 см H₂O.

- Нет данных об отображении МАКвозраст .

Иван Гурьевич Бондарев

<p>Лот № 1</p>	<p>ТОО «Zein Invest»</p>	<p>В соответствии с пунктом 81 правил утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку потенциального поставщика по следующим основаниям:</p> <p>1. Тендерная заявка ТОО «ТОО «Zein Invest»» по лоту №1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса» отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно подпункта 12 пункта 81 Правил и подпункта 12 пункта 51 Тендерной документации, т.е. представления поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации.</p> <p>- В комплектации отсутствует испаритель для изофлюорана</p>
<p>Лот № 1</p>	<p>«KazMedEquipment»</p>	<p>В соответствии с пунктом 81 правил утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку потенциального поставщика по следующим основаниям:</p> <p>1. Тендерная заявка ТОО ««KazMedEquipment» по лоту № 1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса» отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно подпункта 12 пункта 81 Правил и подпункта 12 пункта 51 Тендерной документации, т.е. представления поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной</p>

Директор Юрий Владимирович Абаев

		<p>документации.</p> <p>Предоставленная потенциальным поставщиком техническая спецификация, а именно техническая часть заявки должна содержать более точные технические характеристики в соответствии с подпунктом 1 пункта 24 тендерной документации.</p> <p>- Не соответствует дисплей 10,4 дюймов, разрешение 800x 600 – ухудшает восприятие медперсоналом информации на дисплее наркозного аппарата, снижает время реакции медперсонала на изменение в клинической ситуации, понижает безопасность пациента. Отсутствует описание характеристик дисплея. Нет описания настройки системы отображающихся на экране, аппаратных клавиш и регуляторов.</p>
<p>Лот № 2</p>	<p>ТОО «Комфорт Лайт»</p>	<p>В соответствии с пунктом 81 правил утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку потенциального поставщика по следующим основаниям:</p> <p>1. Тендерная заявка ТОО «Комфорт Лайт» по лоту №2 «Установка фототерапевтическая» отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно подпункта 12 пункта 81 Правил и подпункта 12 пункта 51 Тендерной документации, т.е. представления поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации. Согласно экспертного заключения.</p> <p>- По уровню шума, превышает заявленные параметры (в место 45 дицибел заявлено 60 дицибел)</p>

Александр Александрович

--	--	--	--

По лоту №1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса» тендерные заявки потенциальных поставщиков ИП «Gro MAX», ТОО «Фирма Мед Систем», ТОО «Медикус Евразия» соответствует требованиям предусмотренных Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, а также тендерной документации.

По лоту № 2 «Установка фототерапевтическая» тендерные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Орда Мед Караганда», ТОО «Комфорт Лайт», ТОО «Сапа МедАстана» соответствует требованиям предусмотренных Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, а также тендерной документации.

По лоту № 3 «Комплект Ларингоскопа с клинками» тендерные заявки потенциальных поставщиков ТОО «ЛПУ Снаб», ТОО «Комфорт Лайт» соответствует требованиям предусмотренных Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, а также тендерной документации.

По лоту № 4 «Кресло-каталка» тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «Комфорт Лайт» соответствует требованиям предусмотренных Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, а также тендерной документации.

По лоту № 5 «Каталка» тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «ЛПУ Снаб», ИП «Gro MAX», ТОО «Комфорт Лайт» соответствует требованиям предусмотренных Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, а также тендерной документации.

6. Экспертные заключения прилагаются к Протоколу об итогах

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления заявок путем открытого голосования **РЕШИЛА:**

Признать тендер по лоту № 1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса» состоявшимся в соответствии с пунктом 85 Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729. Победитель тендера определен на основе наименьшей цены.

Признать выигравшей заявку следующего участника тендера:


1 ТОО «Медикус Евразия г. Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, 17 по лоту № 1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса», с ценовым предложением – за единицу **20 800 000 тенге на сумму 41 600 000 тенге.**

Признать вторым по предпочтению предложения следующего потенциального поставщика после побидителя тендера:

1) ИП «Gro MAX» г. Кокшетау, ул.Акана Серэ, 206, кабинет 10 по лоту № 1 «Наркозно - дыхательный аппарат высокого класса», с ценовым предложением – за единицу **21 300 000 тенге на сумму 42 600 000 тенге.**

Признать тендер по лоту № 2 «Установка фототерапевтическая» состоявшимся в соответствии с пунктом 85 Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729. Победитель тендера определен на основе наименьшей цены.

Признать выигравшей заявку следующего участника тендера:

1) ТОО «Орда Мед Караганда» г. Караганда, пр-т Бухар-Жырау, 49/6 по лоту № 2 «Установка фототерапевтическая», с ценовым предложением – за единицу **585 500 тенге на сумму 1 756 500 тенге.**

Признать вторым по предпочтению предложения следующего потенциального поставщика после побидителя тендера:

1) ТОО «Сапа Мед Астана» г. Астана, ул. Жубанова 23/1 по лоту № 2 «Установка фототерапевтическая», с ценовым предложением – за единицу **640 000 тенге на сумму 1 920 000 тенге**

Признать тендер по лоту № 3 «Комплект Ларингоскопа с клинками» состоявшимся в соответствии с пунктом 85 Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729. Победитель тендера определен на основе наименьшей цены.

Признать выигравшей заявку следующего участника тендера:

1) ТОО «Комфорт Лайт» г. Кокшетау, ул. Абая 114/18 по лоту № 3 «Комплект Ларингоскопа с клинками», с ценовым предложением – за единицу **313 515 тенге на сумму 940 545 тенге.**

Признать вторым по предпочтению предложения следующего потенциального поставщика после побидителя тендера:

1) ТОО «ЛПУ Снаб» г. Астана, ул. Жубанова 23/1 по лоту № 3 «Комплект Ларингоскопа с клинками», с ценовым предложением – за единицу **384 000 тенге на сумму 1 152 000 тенге.**

Признать тендер по лоту № 4 «Кресло-каталка» не состоявшимся в соответствии с подпунктом 4 пункта 84 Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, допущен только один потенциальный поставщик.

ТОО «Комфорт Лайт» г. Кокшетау, ул. Абая 114/18, с ценовым предложением – за единицу **94 404 на сумму 377 616 тенге.**

Признать тендер по лоту № 5 «Каталка» состоявшимся в соответствии с пунктом 85 Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729. Победитель тендера определен на основе наименьшей цены.

Признать выигравшей заявку следующего участника тендера:

1) ИП «Gro MAX» г. Кокшетау, ул. Акана Серэ, 206, кабинет 10 по лоту № 5 «Каталка», с ценовым предложением – за единицу **199 800 на сумму 999 000 тенге.**

Признать вторым по предпочтению предложения следующего потенциального поставщика после побидителя тендера:

1) ТОО «Комфорт Лайт» г. Кокшетау, ул. Абая 114/18 по лоту № 5 «Каталка», с ценовым предложением – за единицу **201 тенге на сумму 1 006 005 тенге.**

Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе организатора закупа. Организатор закупа в течение трех календарных дней со дня подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию товаров победителя.

Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения

За данное решение проголосовало «за» 7 членов комиссии,
«против» 0 членов комиссии.

Кисикова С.Д.




Абишев Б.К.



Бишораева Т.С.



Садукенов А.И.



Баймагамбетов Р.Б.

Нурмагамбетова Р.М.

Мукушева А.Е.




Секретарь комиссии

Какенов О.М.

