

**Протокол
об итогах тендера по закупке медицинской техники для подведомственных
организаций на 2018 год**

г. Кокшетау
Управление здравоохранения Акмолинской области

28 мая 2018 года

1. Тендерная комиссия в составе:

Кисикова С.Д.	Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области
Кадыбаева (Абдрахманова) А.С.	и.о. заместителя руководителя управления здравоохранения Акмолинской области
	председателя конкурсной комиссии

Садукенов А.И.	Руководитель отдела государственных закупок и материально-технического оборудования управления здравоохранения Акмолинской области,
Сабатаева Т.З.	Главный врач ГКП "Городская поликлиника"
Ильясов С.Ж.	Главный врач ГКП "Городская поликлиника №1"
Какенов С.К.	Главный врач ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская больница"
Намазбаева В.Е.	Руководитель отдела организации медицинской помощи, мобилизации ресурсов и ЧС

Члены тендерной комиссии

Секретарь тендерной комиссии - Исаков Н.К. – главный специалист отдела государственных закупок и материально-технического оборудования. Также присутствуют члены экспертной комиссии.

21 мая 2018 года в 14-30 часов в конференц-зале на 2 этаже, расположенного по адресу: г. Кокшетау, ул. Саптаева, 1, произведена процедура вскрытия конвертов с тендерными заявками, представляемыми потенциальными поставщиками по закупке медицинской техники для подведомственных организаций на 2018 год

Тендер проводится согласно Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила).

Суммы, выделенные по каждому лоту:

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.

№	Наименование оборудования	Выделенная сумма, в тенге
1	Аппарат физиотерапевтический	по цене 2 100 000,00 тенге за одну единицу, на сумму 48 300 000,00 тенге за 23 единицы.
2	Аппарат физиотерапевтический	по цене 2 569 775,00 тенге за одну единицу, на сумму 59 104 825,00 тенге за 23 единицы.
Общая сумма конкурса составляет 107 404, 825, 00 тенге.		

2. Тендерные заявки следующие потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки в установленные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок:

№	Наименование потенциаль-ного поставщика	Адрес потенциаль-ного поставщика	Время предоставления заявок
1	ТОО «Ора Мед Централь-ная Азия»	г. Алматы, ул. Дуй-сенова 25/202	21.05.2018 г. 10 ч. 11 минут
2	ТОО «Med Import Central Asia»	Алматинская об-ласть, п. Ореген Батыр ул. Калини-на д. 2	21.05.2018 г 11 ч 07 минут
3	ТОО «Medicus-M»	Алматинская об-ласть, п. Ореген Батыр ул. Калини-на д. 2	21.05.2018 г. 10 ч. 11 минут

3. Ценовые предложения по закупке фармацевтических услуг по закупке медицинской техники для подведомственных организаций на 2018 год отлажены всем присутствующим при вскрытии конвертов.

4. Предложенные суммы потенциальных поставщиков по лотам указаны в приложении №1 к Протоколу об итогах.

5. Экспертные заключения прилагаются к Протоколу об итогах
6. Отклоненные тендерные заявки потенциальных поставщиков:

1. Тендерная заявка ТОО «Ора Мед Центральная Азия» по лоту №1 «Аппарат физиотерапевтический отклонена» как не соответствующая квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации согласно подпункта 12 пункта 81 Правил и подпункта 12 пункта 44 Главы 2 Тендерной документации, т.е. представления поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации.

(Handwritten signatures and stamps at the top of the page)

2. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления заявок путем от-крытого голосования РЕШИЛА:

Признать выигравшими заявку следующего участника тендера:

1) ТОО «Medicus-M», Алматинская область, п. Отерген Батыр ул. Кали-нина д. 2 по лоту № 1 «Аппарат физиотерапевтический» – 48 299 770,0 тенге.

Предложения, которые признаны предпочтительными, после предложения победителя тендера по лоту 1 ТОО «Med Import Central Asia», Алматинская об-ласть, п. Отерген Батыр ул. Калинина д. 2 с ценовым предложением 48 300 000,0 тенге.

2) ТОО «Medicus-M», Алматинская область, п. Отерген Батыр ул. Калинина д. 2 по лоту № 2 «Аппарат физиотерапевтический» – 59 104 480,0 тенге.

Предложения, которые признаны предпочтительными, после предложения победителя тендера по лоту 2 ТОО «Med Import Central Asia», Алматинская об-ласть, п. Отерген Батыр ул. Калинина д. 2 с ценовым предложением 59 104 825,0 тенге.

Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе организатора закупки. Организатор закупки в течение трех календарных дней со дня подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупки и техниче-скую спецификацию товаров победителя.

Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупки от организатора закупки направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупки, составляемый по формам, утвержден-ным уполномоченным органом в области здравоохранения

За данное решение проголосовало «за» _____ членов комиссии,
«против» _____ членов комиссии.

Кисикова С.Д.

Калдыбаева

(Абдрахманова) А.С.

Садуақенов А.И.

Сабағатаева Т.З.

Ильясов С.Ж.

Кақенов С.К.

Намазбаева З.Е.

Секретарь комиссии

Искаков Н.

Таблица цен представленная потенциальными поставщиками

№	Наименование потенциальных поставщиков	номер лота и цены поставщиков по лотам		
		1 лот	2 лот	примечание
	Наименование лотов	Аппарат физиотерапевтический	Аппарат физиотерапевтический	примечание
		48 300 000,00	59 104 825,00	
1	ТОО «Орда Мед Центральная Азия»	41 170 000,00		
2	2. ТОО «Med Import Central Asia»	48 300 000,00	59 104 825,00	
3	3. ТОО «Medicus-M»	48 299 770,00	59 104 480,00	

Экспертное заключение

ЛОТ 1

Заявленная техническая спецификация в тендерной документации	Прибор для физиотерапевтического комбинированный – 1 ед	2-канальный прибор 1-канальной ультразвуковой терапии и аппарат 2-х канальный лазерной терапии	Управление через сенсорный экран размером не менее 4,3 дюйма	Программное обеспечение на русском и казахском языке	Водонепроницаемые ультразвуковые головки, световая индикация контакта, ультразвуковой эргономические многочастотные головки 5см2	Частота ультразвука 1 и 3 МГц	Импульсный и постоянный режим работы: модуляция
ТОО Орамед	Аппарат для ультразвуковой терапии – 1 ед, Аппарат для инфракрасной лазерной терапии – 1 ед	2-канальный прибор 1-канальной ультразвуковой терапии и аппарат 2-х канальный лазерной терапии	не соответствует	не соответствует	Водонепроницаемые ультразвуковые головки, световая индикация контакта, ультразвуковой эргономические многочастотные головки 0,8 см2 и 5 см2	соответствует	Непрерывный/импульсный модуляция частоты 16,
ТОО Мед Импорт	Прибор физиотерапевтический комбинированный – 1 ед	1-канальной ультразвуковой терапии и 1 канальной лазерной терапии	соответствует	соответствует	Водонепроницаемые ультразвуковые головки, световая индикация контакта, ультразвуковой эргономические многочастотные головки 5см2	соответствует	Импульсный и постоянный режим работы: модуляция
ТОО Медикус М	Прибор физиотерапевтический комбинированный – 1 ед	1-канальной ультразвуковой терапии и 1 канальной лазерной терапии	соответствует	соответствует	Водонепроницаемые ультразвуковые головки, световая индикация контакта, ультразвуковой эргономические многочастотные головки 5см2	соответствует	Импульсный и постоянный режим работы: модуляция


частоты 10-150 Гц	не соответствует	Коэффициент заполнения периода импульсов 5-95%		коэффициент заполнения периода импульсов — установленные значения 100% (1:1), 25% (1:4), 50% (1:8), 6,25% (1:16), 12,5% (1:32), 100% (1:1)	максимальная выходная мощность не менее 2Вт/см ² (постоянный режим)	максимальная выходная мощность не менее 3Вт/см ² (импульсный режим)	Лазерная терапия: Зонд лазерный красный: 100мВт выходная мощность: не менее 30 мВт ± 20%	Длина волны: 685 нм ± 10%, диаметр: не менее Ø 2 мм, диаметр: не менее Ø 2 мм	Расходимость пучка: (0,28 ± 0,05) рад, расходимость пучка: (0,28 ± 0,05) рад	Постоянная и импульсная лазерная терапия (диапазон частоты 0 - 10 000 Гц	Дисплей управления сенсорный, цветной, диагональ не менее 10,9 см (4,3")	Не соответствует	соответствует	соответствует
48, 100 Гц	не соответствует	Коэффициент заполнения периода импульсов 5-100%		Интенсивность заполнения периода импульсов — установленные значения 5-50%, 80%, 100%	соответствует	соответствует	Выходная мощность 25-100мВт	Длина волны: 780-830 нм	Не указано	Частота повторения импульсов 300Гц		соответствует	соответствует	соответствует
частоты 10-150 Гц	соответствует	Коэффициент заполнения периода импульсов 5-95%		коэффициент заполнения периода импульсов — установленные значения 100% (1:1), 25% (1:4), 50% (1:8), 6,25% (1:16), 12,5% (1:32), 100% (1:1)	соответствует	соответствует	не менее 30 мВт ± 20%	Длина волны: 685 нм ± 10%	не менее Ø 2 мм	Расходимость пучка: (0,28 ± 0,05) рад, расходимость пучка: (0,28 ± 0,05) рад	диапазон частоты 0 - 10 000 Гц	соответствует	соответствует	соответствует


[illegible]

Метрострой ГКП на ЦХВ
«Тордовская поликлиника №1»
Заведующая
Физioterapevтическим
отделением ГКП на ЦХВ
«Тордовская поликлиника»
Заведующий отделения лучевой
диагностики и физиотерапии
ГКП на ЦХВ "Кокшетауская
городская больница №1"

Жусупов Н.А.
Имангалиева Р.М.
Омарова А.Ж.


BTL-4000 SMART & PREMIUM





Sonopuls 190

Аппарат для ультразвуковой терапии



Partner for life




Ordamed



Эндоласер 422

Аппарат для инфракрасной лазерной терапии



Экспертное заключение

ЛЮТ 2

Заявленная техническая спецификация в тендерной документации	Централ Азия	TOO Мед Импорт	TOO Медикус M
Физиотерапевтический прибор 1-канальной ультразвуковой терапии и 1 канальной лазерной терапии	1-канальной ультразвуковой терапии и 1 канальной лазерной терапии	соответствует	соответствует
Стандартные протоколы и быстрые протоколы, возможность сохранения пользовательских протоколов, навигация по частям тела для быстрого доступа к протоколам, терапевтическая энциклопедия - библиотека предустановленных протоколов для удобного и эффективного применения: классификация протоколов в соответствии с биологическими эффектами, многоцветные анатомические изображения	соответствует	соответствует	соответствует
Наличие электронной базы данных пациентов	соответствует	соответствует	соответствует
Описание терапий и расположения аппликаторов	соответствует	соответствует	соответствует
Идентификация аксессуаров и их автоматическая проверка, многоязычное меню – Программное обеспечение на русском и казахском языке.	соответствует	соответствует	соответствует
Электротерапия: наличие токи Трешета, фарадический, неонадидический, Русская стимуляция, ЧЕНС, 2-х полюсная интерференция, 4-х полюсная интерференция, изолированная интерференция, интерференция-дипольный вектор, среднечастотные колебания, прямоугольные импульсы, стимулирующие импульсы (для стимуляции в электрофизиологии, электродиагностика, трапециевидные импульсы, превертные импульсы, токи Ледюка, волна типа Н, микропотоки, спастическая стимуляция по Хуфшмидту, спастическая стимуляция по Янчу, IG импульсы (импульсная гальванизация), токи VMS, MIR – модулируемый импульсный ток, токи Коца, EPR, модуляция тока, высоковольтная терапия, не менее 2 независимых канала, синхронизация каналов, легкое изменение polarity электродов, режимы постоянного тока и напряжения - CC/CV. Магнитотерапия: наличие Технологии Сфокусированного Магнитного Поля, Импульсное Магнитное Поле (PMF), прямоугольные,	соответствует	соответствует	соответствует

		треугольные, синусоидальные, экспоненциальные и постоянные импульсы, комбинация импульсного и магнитного поля, модуляция импульсов: бурст, синусоидальная волна, трапециевидная волна, протрапимруемые последовательности, качание волны, частота импульсов 0-160Гц, колебание волны: - 20%		
	Количество одинарных дисков – 2, размеры каждого диска не менее 130 x 130 x 30 мм, вес: не более 2.15 кг		соответствует	соответствует
	Интенсивность постоянного магнитного поля: 23 мТ (230 Gauss), макс. интенсивность импульсного магнитного поля: 72 мТ (720 Gauss), макс. общая интенсивность магнитного поля: 95 мТ (950 Gauss)		соответствует	соответствует
	Сопротивление аппликатора: 8.4 Ом.		соответствует	соответствует
	Технические параметры аппарата: размеры (мм) – не более 380 x 190 x 260; Вес (без аксессуаров) – не более 3 кг;		соответствует	соответствует
	Кабель для электродов темно-серый - 1 шт., кабель для электродов светло-серый - 1 шт		соответствует	соответствует
	Плоские резиновые электроды 5 x 7 см - 4 шт		соответствует	соответствует
	Губковые покрытия 5 x 7 см - 4 шт		соответствует	соответствует
	Набор ремней для фиксации - 1 шт		соответствует	соответствует
	Стильс - 1 шт		соответствует	соответствует
	Адаптер - 1 шт		соответствует	соответствует
	Плоские резиновые электроды 8 x 12 см – 4 шт.		соответствует	соответствует
	Губковые покрытия 5 x 7 см. – 4 шт., Губковые покрытия 12,5 x 10,5 см – 4 шт		соответствует	соответствует
	Аппликатор двойной диск – 1 шт.		соответствует	соответствует
	Наличие перистальтического удостоверения МЗ РК, наличие письма о том, что аппарат не является средством измерения.		соответствует	соответствует
	Наличие авторизованного сервисного центра в РК. Гарантийный период не менее 24 месяцев		соответствует	соответствует
	Доставка, монтаж, инсталляция, пуск в эксплуатацию, оказание технического обслуживания, консультации, обязательное обучение врачебного персонала в количестве 23 человек с предоставлением сертификата о		соответствует	соответствует

прохождение обучения на данных аппаратах в
лечебном процессе не менее 54 часов

обучения


Методот ГКП на ПХВ
«Городская поликлиника №1»

Заведующая

физioterapevтическим
отделением ГКП на ПХВ
«Городская поликлиника»

Заведующий отделения лучевой
диагностики и физиотерапии
ГКП на ПХВ "Кокшетауская
городская больница №1"

Жусупов Н.А.



Имангалиева Р.М.



Омарова А.Ж.

